WAM

12-LEAD ECG WIRELESS ACQUISITION MODULE



IEC	AAMI
C1	V1
C2	V2
C3	V3
C4	V4
C5	V5
C6	V6
R	RA
L	LA
N	RL
F	LL

1. to turn the WAM™ on/off.
   Marche/Arrêt.
   Ein-/Ausschalten des WAM™.
   Spegnere/accendere il WAM™.
   para encender / apagar el WAM™.

2. ECG 12 to acquire 12-lead ECG.
   Auto.
   für AUFNAHME eines 12-Kanal EKG.
   per acquisire un ECG a 12 derivazioni.
   para adquirir un ECG de 12 derivaciones.

3. RHY for rhythm print; press again to stop.
   Manuel/Stop.
   für RHYTHMUSDRUCK. Noch einmal drücken für STOP.
   stampa del ritmo; premere di nuovo per interrompere.
   para imprimir ritmo. Pulse de nuevo para detener impresión.

Mortara

12-LEAD ECG WIRELESS ACQUISITION MODULE

LED

Power off.
Arrêt.
Netz aus.
Spento.
Apagado.

Power on, WAM not paired.
Allumer, mais WAM non reconnu.
Netz ein, WAM nicht verbunden.
WAM acceso, non accoppiato.
Encendido, WAM no aparejado.

Power is on and all leads are connected.
Allumé et électrodes connectées.
Netz EIN und alle Ableitungen sind angeschlossen.
Apparecchio acceso e derivazioni collegate.
El equipo está encendido y todos los cablecillos conectados.

ECG acquisition in progress.
ECG en acquisition.
EKG-Aufnahme läuft.
Acquisizione ECG in corso.
Adquisición de ECG en curso.

Low battery.
Pile faible.
Niedrige Batteriespannung.
Batteria scarica.
Batería baja.

Lead fail.
Défaut électrode.
Ableitungsfehler.
Elettrodo scollegato.
Fallo en una derivación.

Low battery and lead fail.
Pile usée et défaut électrode.
Niedrige Batteriespannung und Ableitungs-Fehler.
Batteria scarica e derivazione scollegata.
Batería baja y fallo de derivación.

WAM™ is a trademark of Mortara Instrument, Inc.